



Tel.: + 386 1 562 05 82
Fax.: + 386 1 562 05 85
E pošta: office@ecp.eu
www.ecp.eu

ECP d.o.o.
Brnčičeva 45
1231 Ljubljana

SPECIFIKACIJA

VODA DEMINERALIZIRANA

Šifra: C5 026

CAS: -

EINECS: -

Specifikacija ob polnjenju:

	Specifikacija	Enota
Izgled	ustreza	/
Prevodnost	max. 20	µs/cm
pH	5,0 - 7,5	/
Silikati (kot SiO ₂)	max. 0,01	mg/l
Na (Natrij)	max. 0,005	mg/l
Organske nečistoče	max. 0,200	mg/l C

Verzija: 19.03.2025